

超音波診断装置一式購入仕様書

I. 基本事項

宇陀市立病院総合診療科において、患者の診察に使用する超音波診断装置を更新するため、安全に稼働させるとともに十分機能が発揮されるよう本仕様書において定める。

II. 契約概要

1. 契約名称 超音波診断装置一式購入
2. 納入場所 奈良県宇陀市榛原萩原 8 1 5 番地
宇陀市立病院 新本館 1 階 総合診療科
3. 納品日 契約締結日から令和 6 年 6 月 3 0 日までの期間とする。

III. 構成内容

下表構成の製品を納入すること。

品名等	メーカー名等	数量
超音波診断装置一式	キャノンメディカルシステムズ(株)	
1. 本体	TSU-AI700/6C	1
2. STC キット	UIST-AI901A	1
3. キーボードキット	UIKB-AI900A	1
4. ECG 電極リード線	BR-903FT	1
5. ファストクリップ (はさみ電極)	NC-144ET	1
6. Contrast Enhancement キット	USCT-AI900A	1
7. セクタプローブ	PST-28BT	1
8. コンベックスプローブ	PVI-475BX	1
9. 高周波リニアプローブ①	PLI-605BX	1
10. 高周波リニアプローブ②	PLI-1205BX	1
11. ゼリーウォーマ	UZGW-008A	1
12. デジタル白黒プリンタ	UP-D898MD-DC	1
13. 周辺機器搭載キット	UZRI-AI903A	1

IV. 性能、機能に関する仕様

1. 院内システムへの接続

当院で使用している富士通製の電子カルテシステム及び株式会社ファインデックスが提供する画像ファイリングシステム Claio(クライオ)に接続する費用を含む。

2. 業務責任者

納品については、納品に関する専門知識を有し、高度な技術力及び判断力ならびに納品の指導等の総合的な技能を有する者で、実務経験5年以上程度の者。

3. 納入品及び納品完了検査

- A 納入品はすべて新品であることとし、中古品及びリサイクル品等は不可とする。
- B 本機器類の検査及び納品完了検査は、担当医師及び施設管理担当者の立会いをもって、検査完了とする。

V. 一般事項

1. 注意事項

納品を行うにあたっては、施設管理担当者と十分協議し危害発生の防止を図るとともに納品中の安全確保及び環境保全のための関係法令の記述に従うほか、納品における落下、転倒防止を図ると共に、当納品に係る既設設備の概要、状態を十分把握すること。また、納品終了後は電源電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態等を再確認することにより必ず元の状態に復元しておくものとし、退出時には清掃を行うこと。

2. 受注者の負担範囲

- A 納品に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
- B 清掃に必要な資器材は、受注者の負担とする。
- C 納品、設置検査確認後1年間は、通常の使用により故障や不具合があった場合の無償修理に応じること。
- D 納入物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
- E 撤去品、養生のゴミ類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づ

き、受注者が責任をもって適切に処分すること。

3. その他の項目

- A 本契約の履行に係る一切の費用は、受注者の負担とするが、故障、破損の責が発注者にある場合の修理費用、追加に係る費用は含まない。
- B 納品等業務は、本仕様書に基づき施設管理担当者の指示に従って実施するほか、本仕様書に定めない事項であっても、設置納品上当然行うべき事項は実施する。
- C 受注者は、技術者の故意または過失により当病院及び第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとする。
- D 操作手順書、使用マニュアルを作成し、機器に備えること。
- E 稼働に際し、総合診療科医師と施設管理担当者への操作説明を行うこと。

4. 完成図書

- A 納品完了書
- B 取扱説明書

5. その他

- A 仕様書、実施方法、数量及び単位、故障などについて疑いを生じたときは、施設管理担当者と協議のうえ処置をする。
- B 技術者の勤務状態不良、その他の理由により当病院の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、受注者に技術者の変更を命ずることができる。
- C 受注者は、施設管理担当者が交付または使用を許可した情報に限らず、本件業務を履行するにあたり知り得た情報について、本契約の目的以外に使用または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。