

体圧分散クッション等賃貸借仕様書

I. 契約概要

1. 契約名称 体圧分散クッション等賃貸借
2. 履行場所 奈良県宇陀市榛原萩原 8 1 5 番地
宇陀市立病院

3. 契約期間 令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 1 2 年 3 月 3 1 日 まで

※地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 4 条の 3 による長期継続契約であるため、この契約の履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更し、又は削除することができる。

II. 種類及び数量

①体圧分散クッション

No.	メーカー	品番/品名	台数
1	モルテン	ピーチクリーン ワイド	60
2	モルテン	ピーチクリーン スリム	40
3	モルテン	ピーチクリーン ワイド用外カバー	90
4	モルテン	ピーチクリーン スリム用外カバー	60

②体圧分散式マルチパッド

No.	メーカー	品番/品名	台数
1	モルテン	ポジパッド フェイスタオルサイズ (ピンク)	25
2	モルテン	ポジパッド バスタオルサイズ (ピンク)	25
3	モルテン	ポジパッド フェイスタオルサイズ用外カバー (ピンク)	37
4	モルテン	ポジパッド バスタオルサイズ用外カバー (ピンク)	37

詳細は別紙納品物品仕様書に記載

Ⅲ. その他

- ① 令和7年9月30日までに設置を完了し、令和7年10月1日から使用することができること。
- ② 契約締結後、速やかに設置場所の実地調査から設置完了までの作業工程を協議、決定すること。
- ③ 作業中は、受注者の社員が1人以上いる時に対応すること。
- ④ 受注者の社員は、証明書（写真付）を携帯すること。
- ⑤ 清掃などのメンテナンスは、発注者が責任をもって実施する。
- ⑥ 受注者は、リース契約した全製品対象で、不慮の破損が発生した場合は無料で交換またはメンテナンスを行うこととする。
- ⑦ 緊急で体圧分散クッションが不足した場合は、受注者はデモ機を無料で貸出すること。
- ⑧ 修理に伴う発送返送料や、リース満了に伴う引き上げ料、返送料などは全て無料とすること。
- ⑨ 本契約の満了又は解除等により、当該業務を発注者若しくは第三者に引き継ぐこととなった場合は、懇切丁寧に発注者及び第三者に引継ぐこと。
- ⑩ 仕様書に記載のない事項については双方協議の上、良心的に実施する。
- ⑪ 契約期間の半分が超過した時点で、交換メンテナンスを実施すること。

別紙 納品物仕様書

- 1 体圧分散クッション及び耐圧分散式マルチパッドに係る性能・機能等の必要条件は、下記に示す要件どおりである。
 - 1-1 体圧分散クッション本体は以下の要件を満たすこと。又は同等の機能を有していることと判断できること。
 - 1-1-1 大きさは、ラージが 53×33cm 程度、スリムが 70×28cm 程度であること。
 - 1-1-2 柔らかく弾力性があり、身体の形にフィットするクッションであること。
 - 1-1-3 変形やへたりがなく、耐久性に優れていること。
 - 1-1-4 身体を動いた際に耳障りな音がしないこと。
 - 1-1-5 インナーフィルムはアルコール等で清拭・消毒できること。
 - 1-1-6 外カバーは洗濯機及び乾燥機を使用できること。
 - 2-1 体圧分散式マルチパッド本体は以下の要件を満たすこと。又は同等の機能を有していることと判断できること。
 - 2-1-1 大きさは、フェイスタオルサイズが 30×80×1cm 程度、バスタオルサイズが 50×120×1cm 程度であること。
 - 2-1-2 柔らかく弾力性があり、身体の形にフィットするクッションであること。
 - 2-1-3 姿勢保持や耐圧分散用パッドとして使用できること。
 - 2-1-4 丸めたりたたんだりすることにより様々な形にできること。
 - 2-1-5 変形やへたりがなく、耐久性に優れていること。
 - 2-1-6 身体を動かした際に耳障りな音がしないこと。
 - 2-1-7 インナーバッグはアルコール等で清拭・消毒できること。
 - 2-1-8 外カバーは吸水拡散性に優れていること。
 - 2-1-9 外カバーは洗濯機及び乾燥機を使用できること。
- 2 同等品による納入を行う場合は、事前に本院に申請し承認を得ること。承認を得ていないものは無効とする。